


医疗器械召回事件报告表

产品名称	连体式牙科综合治疗机	注册证号码	津械注准 20162550080
生产企业	环球（天津）医疗设备有限公司		
召回工作联系人和联系方式	刘真：18162067706		
产品的适用范围	该产品供医疗机构口腔医学专业常规口腔检查，诊断，治疗用。		
涉及地区和国家	中国	召回级别	三级
涉及产品生产（或进口中国）数量	数量 275 台	涉及产品型号、规格	II 型
识别信息（如批号）	见附件		
召回原因简述	驱动方式由液压驱动变更为电机驱动		
纠正行动简述	 我公司将制定计划对上述已售产品进行巡检。对发现有问题的产品进行处理。必要时采取召回措施。		

报告单位：（盖章）

负责人：（签字）

报告人：（签字）

报告日期：

2021.1.25

