

附件 2

医疗器械主动召回信息发布

安吉特(天津)科技有限公司对一次性使用指引导丝主动召回

安吉特(天津)科技有限公司报告,抽检紫外吸光度不符合产品技术要求,安吉特(天津)科技有限公司对其生产的一次性使用指引导丝(注册证号:国械注准 20213030846)主动召回。召回级别为三级。涉及产品的型号、规格及批次等详细信息见《医疗器械召回事件报告表》。

附件:医疗器械召回事件报告表

