

天津亿朋医疗器械有限公司 对 一次性使用针灸针 主动召回

正文：天津亿朋医疗器械有限公司报告，由于拉拔力不够等原因，天津亿朋医疗器械有限公司对其生产的一次性使用针灸针（注册或备案号：津械注准 20222200133）主动召回。召回级别为三级。涉及产品的型号、规格及批次等详细信息见《医疗器械召回事件报告表》。

附件：医疗器械召回事件报告表

2024年5月22日



附件 1

医疗器械召回事件报告表

提交：■企业所在地省级食品药品监督管理部门

器械注册/备案部门

产品名称	一次性使用针灸针	注册证或备案凭证编码	津械注准 20222200133
生产企业名称	天津亿朋医疗器械有限公司		
代理人名称	不适用		
召回单位负责人和联系方式，经办人和联系方式	召回单位负责人：金京海 18622526264， 经办人：李颖 13021384988		
产品的适用范围	本产品的适用范围限专业人士按中医针灸疗法刺激患者穴位用。		
涉及地区和国家	中国	召回级别	三级
涉及产品生产（或进口中国）批次、数量	仅一批产品，数量 2.25 万支	涉及产品型号、规格	0.18×25S
识别信息（如批号）	生产批号：23020721	涉及产品在中国的销售数量	2.25 万支
召回原因简述	连接牢固度不合格。		
纠正行动简述（包括召回要求和处理方式等）	召回要求：联系经销商，要求全部召回本批次产品。		

报告单位：（盖章）

报告人：（签字）



负责人：（签字）

报告日期：2024.5.22