

计量器具国家型式评价实验室

计量授权证书附件

二、国家计量器具型式评价实验室授权项目

Authorized Projects of National Type Evaluation Laboratory of Measuring Instruments

序号 No.	开展型式评价的 计量器具名称 Name of Measuring Instruments	测量范围 Measurement Range	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/Maximum Permissible Error
1	膜式燃气表	G1.6~G16 (0.002~25)m ³ /h	1.5级
2	超声波燃气表	G1.6~G16 (0.002~25)m ³ /h	1.5级

-----以下空白-----